



JZU BOLNICA "SV. A. LUKA" DOBOJ  
JZU BOLNICA "SV. A. LUKA" DOBOJ

Pop Ljubina bb 74000 DOBOJ  
Tel: +387(0)53-241-022; 241-943  
Fax: +387(0)53-242-799  
E-mail: bolnicadoboj@teol.net  
PIB: 400044160008; JIB: 4400044160008;  
reg. br. 1251201  
TR: 555008-00007631-13; 338390-22000146-82  
UL-676/96 Osnovni sud u Doboju

Број: 6106-2-ОДУ/23  
Добој, 23.12 2023. године

На основу члана 25, 64, 65. и 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22), а у складу са чланом 23. Статута ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој и препоруком Комисије за јавне набавке (препука дата у Записнику о прегледу и оцјени понуда број 6106-И-ЗК/22 од 25.12.2023. године), директор ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој доноси следећу:

## ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача  
за Лот 2 – Хируршки средње ресорптивни конач израђен од полигликодне киселине  
(Polyglycolide acid) или кополимера полигликодне киселине и лактида (Polyglactin)

### I

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке дата у Записнику о прегледу и оцјени понуда број 6106-И-ЗК/23 од 25.12.2023. године да се Уговор за јавну набавку роба – хируршки конци за потребе ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој за Лот 2 – Хируршки средње ресорптивни конач израђен од полигликодне киселине (Polyglycolide acid) или кополимера полигликодне киселине и лактида (Polyglactin), додијели понуђачу „Ако мед“ д.о.о. Бања Лука, ул. Младена Стојановића број 43, који је доставио најнижу цијену понуде у износу од 182.981,04 КМ без ПДВ-а и роком плаћања од 60 (шездесет) дана од датума фактурисања.

### II

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Ако мед“ д.о.о. Бања Лука, у складу са чланом 72. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

### III

Ова Одлука ће се објавити на интернет страници Уговорног органа, истовремено са упућивањем понуђачима који су благовремено доставили понуде у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (б) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

### IV

Ова Одлука се заједно са Записником о прегледу и оцјени понуда доставља понуђачима који су благовремено доставили понуде у поступку јавне набавке, сходно члану 71. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

### V

Понуђач „Ако мед“ д.о.о. Бања Лука је уз понуду доставио Уговорном органу документе из члана 45. став (2) тачке а), б), ц) и д) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22) и документе из члана 47. став (1) тачка а) и тачка ц) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) који су захтијевани предметном тендерском документацијом и нема обавезу достављања додатне документације.

## Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о провођењу отвореног поступка јавне набавке број 6106/23 од 15.09.2023. године.

Уговор се додјељује добављачу на основу критеријума најниже цијене понуде.

Уговорни орган је именовано Комисију за провођење отвореног поступка јавне набавке Рјешењем о именовању комисије за јавне набавке број 6106-РК/23 од 02.10.2023. године.

Обавјештење о набавци број 704-1-1-329-3-235/23 од 18.09.2023. године, „Службени гласник БиХ“ број 65, Исправка за обавјештење о набавци број 704-1-1-329-8-260/23 од 12.10.2023. године, „Службени гласник БиХ“ број 73 и Исправка за обавјештење о набавци број 704-1-1-329-8-287/23 од 15.11.2023. године и „Службени гласник БиХ“, број 79 од 17.11.2023. године.

Дана 22.11.2023. године у 12<sup>00</sup> часова Комисија за провођење предметног отвореног поступка јавне набавке извршила је јавно отварање понуда при чему је констатовано да су понуду за Лот 2 - Хируршки средње ресорптивни конач израђен од полигликоолне киселине (Polyglycolide acid) или кополимера полигликоолне киселине и лактида (Polyglactin), у предвиђеном року доставили следећи понуђачи:

РБ	Назив понуђача	Цијена у КМ без ПДВ-а	Понуђени попуст
1.	„Medicorp“ д.о.о. Тузла	188.700,00	нема
2.	„Pro-ten medical“ д.о.о. Грачаница	189.614,40	нема
3.	„Medical partners“ д.о.о. Тузла	185.032,00	нема
4.	„Ако мед“ д.о.о. Бања Лука	185.286,80	нема

Комисија је потом на затвореном састанку извршила увид у комплетну документацију, коју су наведени понуђачи доставили и по том основу утврдила да су понуђачи „Ако мед“ д.о.о.о Бања Лука и „Medical Partners“ д.о.о. Тузла доставили комплетну документацију која је захтијевана у Обавјештењу о набавци број 704-1-1-329-3-235/23 од 18.09.2023. године, „Службени гласник БиХ“ број 65, Исправка за обавјештење о набавци број 704-1-1-329-8-260/23 од 12.10.2023. године, „Службени гласник БиХ“ број 73 и Исправка за обавјештење о набавци број 704-1-1-329-8-287/23 од 15.11.2023. године и „Службени гласник БиХ“, број 79 од 17.11.2023. године и предметној тендерској документацији број 6106/23 на основу чега су стекли статус квалификованог понуђача.

Комисија је приликом прегледа и оцјене понуде коју је доставио понуђач „Medicorp“ д.о.о. Тузла за Лот 2 установила следеће:

1. Није достављен оригинални каталог произвођача како је то захтјевано тачком 5.4.2. предметне тендерске документације. Тачком 5.4.2. је захтијевано:

**„Комплетан оригинални Каталог произвођача искључиво у штампаној форми са детаљним спецификацијама предметне робе. Каталог не мора бити увезан уз понуду, али га понуђач обиљежава називом и наводи у садржају понуде као дио понуде. Понуђач је обавезан у достављеном каталогу додатно означити робу за коју доставља понуду. Уз достављени каталог понуђач је обавезан доставити и писмену изјаву у којој наводи каталогски број понуђене робе и број странице из каталога на којој је описана понуђена роба. Каталог не мора бити преведен на један од службених језика у БиХ. Комплетан оригиналан каталог подразумијева оригиналан документ – каталог који произвођач даје својим дистрибутерима као рекламни материјал, а Уговорни орган захтијева да то буде искључиво штампана верзија оригиналног каталога, што подразумијева да се каталог не може доставити у електронској форми (CD, Usb и сл). За Уговорни орган није прихватљиво достављање обичног, штампаног**

документа у боји или црно-бијелој верзији, нити је прихватљиво достављање извода из каталога”.

Из достављеног каталога је видљиво да каталог није оригинал документ већ да је достављени катлог копија у боји.

Приликом оцјене каталога који је доставио понуђач Комисија за јавне набавке именована у предметном поступку се водила досадашњим Рјешењима Канцеларије за разматрање жалби, Филијала Бања Лука, број ЈН2-02-07-1-27-14/22 од 10.02.2022. године која је одлучивала по изјављеној жалби по истом питању у вези са доставом каталога који нису оригинални, издати од стране произвођача, већ су достављени као штампани документи у боји или црно-бијелој верзији, понуда Жалиоца је одбачена као неприхватљива јер не испуњава услов који је јасно и недвосмислено прописан предметном тендерском документацијом. По истом питању је одлучивано и у Рјешењу Канцеларије за разматрање жалби, Филијала Бања Лука, број ЈН2-02-07-1-2028-6/23 од 31.08.2023. године. Наведено оба наведена Рјешења Канцеларије за разматрање жалби, Филијала Бања Лука, су доступна на Порталу јавних набавки БиХ путем линка: <https://www.ejn.gov.ba/Resolution/ResolutionSearch>.

2. За ставку 4 (Лот 2) тендерском документацијом тражена је игла Taper point ½ круга са спљоштеним врхом, а понуђена је Taper point ½ круга;
3. За ставку 5 (Лот 2) у достављеном каталогу није наведена закривљеност игле (ТД број 6106/23 тражена ½ круга);
4. За ставку 8 (Лот 2) у достављеном каталогу није наведена закривљеност игле (ТД број 6106/23 тражена ½ круга);
5. За ставку 10 (Лот 2) није достављен одговарајући узорак (на узорку дужина игле 50 мм, а ТД број 6106/23 тражена дужина 52 мм), а што се не уклапа ни у дозвољено одступање од ± 1мм, поред тога у каталогу је означена игла 52мм са каталшким бројем 2353РБ, достављени узорак има исти каталшки број, али је дужина игле 50мм, што потврђује тврдњу да каталог није оригинал;
6. За ставке 6, 7 и 9 (Лот 2) није достављен одговарајући узорак (ТД број 6106/23 је тражена јача (heavy) игла како је и обиљежено у каталогу, али на достављеном узорку на декларацији није наведена ова карактеристика);
7. На ставци 20 (Лот 2) у каталогу на дужини конца наведена је карактеристика blunt. Конац не може бити blunt, само игла, док се у наредној ставци у каталогу види да је blunt карактеристика игле, што поновно потврђује сумњу да достављени каталог није оригинал;
8. На већини узорака није наведен датум производње и рок трајања, а понуђач је дао изјаву о року употребе. У Тачки 4.1.5 ТД број 6106/23 наведено је да: „Рок употребе понуђених роба након испоруке не може бити краћи од 6 (шест) мјесеци од датума испоруке Уговорном органу“. Поставља се питање како је могуће утврдити рок употребе уколико није наведен на декларацији производа.

Имајући у виду напријед наведено Комисија сматра да је понуда понуђача „Medicorp“ д.о.о. Тузла неприхватљива, те наведни понуђач није стекао статус квалификованог понуђача за Лот 2.

Комисија је приликом прегледа и оцјене понуда за Лот 2, коју је доставио понуђач „Pro-ten medical“ д.о.о. Грачаница, установила следеће:

1. Није достављен оригинални каталог произвођача како је то захтјевано тачком 5.4.2. предметне тендерске документације. Тачком 5.4.2. је захтијевано:

**„Комплетан оригинални Каталог произвођача искључиво у штампаној форми са детаљним спецификацијама предметне робе. Каталог не мора бити увезан уз понуду, али га понуђач обиљежава називом и наводи у садржају понуде као дио понуде. Понуђач је обавезан у достављеном каталогу додатно означити робу за коју доставља понуду. Уз достављени каталог понуђач је обавезан доставити и писмену изјаву у којој наводи каталошки број понуђене робе и број странице из каталога на којој је описана понуђена роба. Каталог не мора бити преведен на један од службених језика у БиХ. Комплетан оригиналан каталог подразумијева оригиналан документ – каталог који произвођач даје својим дистрибутерима као рекламни материјал, а Уговорни орган захтијева да то буде искључиво штампана верзија оригиналног каталога, што подразумијева да се каталог не може доставити у електронској форми (CD, Usb и сл). За Уговорни орган није прихватљиво достављање обичног, штампаног документа у боји или црно-бијелој верзији, нити је прихватљиво достављање извода из каталога“.**

Из достављеног каталога је видљиво да каталог није оригинал документ већ да је достављени каталог копија у боји иако је каталог принатан на папиру веће грамаже. Видљиво је на више мијеста у каталогу да је одсјечен дио текста, а што потврђује да се ради о лошој копији.

Приликом оцјене каталога који је доставио понуђач Комисија за јавне набавке именована у предметном поступку се водила досадашњим Рјешењима Канцеларије за разматрање жалби, Филијала Бања Лука, број ЈН2-02-07-1-27-14/22 од 10.02.2022. године која је одлучивала по изјављеној жалби по истом питању у вези са доставом каталога који нису оригинални, издати од стране произвођача, већ су достављени као штампани документи у боји или црно-бијелој верзији, понуда Жалиоца је одбачена као неприхватљива јер не испуњава услов који је јасно и недвосмислено прописан предметном тендерском документацијом. По истом питању је одлучивано и у Рјешењу Канцеларије за разматрање жалби, Филијала Бања Лука, број ЈН2-02-07-1-2028-6/23 од 31.08.2023. године. Наведено оба наведена Рјешења Канцеларије за разматрање жалби, Филијала Бања Лука, су доступна на Порталу јавних набавки БиХ путем линка: <https://www.ejn.gov.ba/Resolution/ResolutionSearch>.

2. За ставке 19 и 20 (Лот 2) ТД документацијом је тражен тип игле 1/2 круга blunt, како је обиљежено у достављеном каталогу, али је на достављеним узорцима наведен тип игле 3/8 круга blunt, што значи да понуђени узорак не одговара захтјевима из ТД као ни достављеном каталогу.
3. За ставке 4 – 10 и 14 - 20 (Лот 2) у достављеној Потврди Агенције нису регистровани каталошки бројеви DC00HRF36, DC01HRH40-90, DC01HRH48-90, DC01HRH50, DC02HRH40-90, DC02HRH48-90, DC02HRH52-90, DC5M16-D, DC00-250, DC01-250, DC20-1X250, DC30-1X250, DC02B65-2x90 и DC01HS48-4x45.

Имајући у виду напријед наведено комисија сматра да понуђач „Pro-ten medical“ д.о.о. Грачаница није доставио понуду како је тражено ТД број 6106/23, те да је понуда понуђача неприхватљива, те да наведени понуђач **није стекао статус квалификованог понуђача** за Лот 2.

Комисија је на истом састанку извршила рачунску провјеру финансијског дијела прихватљивих понуда и констатовала да понуде не садрже аритметичке грешке. У складу са чланом 66. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22) и чланом 17. Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда („Службени гласник БиХ“, број 90/14), утврђено је да не постоји неприродно ниска цијена.

Након тога, Комисија је дала сагласност да се проведе процедура Е-аукције, јер су о томе кроз обавјештење о набавци број 704-1-1-329-3-235/23 од 18.09.2023. године понуђачи били и упознати. Е-аукција је објављена на Порталу јавних набавки Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине дана 18.12.2023. године, тј. тада је одређено да ће се Е-аукција одржати дана 21.12.2023. године са почетком у 09<sup>00</sup> часова. Предвиђено вријеме трајања е-аукције је 10. Е-аукција је обављена у заказано вријеме и завршена је 21.12.2023. године у 09<sup>10</sup> часова.

Након завшене е-аукцију за Лот 2 - Хируршки средње ресорптивни конач израђен од полигликолне киселине (Polyglycolide acid) или кополимера полигликолне киселине и лактида (Polyglactin), коначна ранг листа понуђача који су у њој учествовали је дата у наредној табели:

РБ	Назив понуђача	Коначна цијена у КМ без ПДВ-а	Умањење цијене	Ранг листа
1.	„Ако мед“ доо Бања Лука	182.981,04	1,24 %	1
2.	„Medical partners“ Тузла	185.032,00	0 %	2

Након завршене е-аукције Комисија за провођење предметног поступка јавне набавке је дала препоруку директору Уговорног органа да се у предметном поступку јавне набавке понуђачу „Ако Мед“ д.о.о. Бања Лука додијели уговор за Лот 2 - Хируршки средње ресорптивни конач израђен од полигликолне киселине (Polyglycolide acid) или кополимера полигликолне киселине и лактида (Polyglactin).

Имајући у виду горе наведено директор Уговорног органа је прихватио препоруку Комисије за јавне набавке и донио одлуку као у диспозитиву.

#### Поука о правном лијеку:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине или подзаконских аката донесених на основу Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, има право изјавити жалбу на поступак. Жалба се изјављује на начин и у форми прописаној члановима 99. и 101. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

Достављено:

1. „Medicorp“ д.о.о. Тузла
2. „Pro-Ten Medical“ д.о.о. Грачаница
3. „Medical Partners“ д.о.о. Тузла
4. „Ако мед“ д.о.о. Бања Лука
5. Тендерска документација
6. Главни информатичар  
(за WEB страницу Болнице) – ел. пошта
7. Архива

Директор  
*Младен Гајић*  
Младен Гајић, мр.економије

