



JZU BOLNICA "SV. A. LUKA" DOBOJ
JZU BOLNICA "SV. A. LUKA" DOBOJ

Pop Ljubina bb 74000 DOBOJ
Tel: +387(0)53-241-022; 241-843
Fax: +387(0)53-242-789
E-mail: bolnicadoboj@teol.net
PIB:400044160008; JIB: 4400044160008;
reg. br. 1281201
TR:555008-00007631-13; 338390-22000146-82
UJ-878/86 Osnovni sud u Doboju

Број: 4196-3-ОДУ/23
Добој, 28.07.2023. године

На основу члана 25, 64, 65. и 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22), а у складу са чланом 23. Статута ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој и препоруком Комисије за јавне набавке (препука дата у Записнику о прегледу и оцјени понуда број 4196-И-ЗК/23 од 26.07.2023. године), директор ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој доноси следећу:

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке роба
– медицинска опрема за потребе ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој

Лот 3 – Лабораторијски фрижидер

I

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке дата у Записнику о прегледу и оцјени понуда број 4196-И-ЗК/23 од 26.07.2023. године да се Уговор за јавну набавку роба – медицинска опрема за потребе ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој, Лот 3 – Лабораторијски фрижидер, додијели понуђачу „Inel ВН“ д.о.о. Маглај, ул. Алеја Љиљана бб, који је доставио најнижу цијену понуде у износу од 6.950,00 КМ и роком плаћања од 60 (словима: шездесет) дана од датума фактурисања.

II

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Inel ВН“ д.о.о. Маглај у складу са чланом 72. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

III

Ова Одлука ће се објавити на интернет страници ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој, истовремено са упућивањем понуђачима који су благовремено доставили понуду у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

IV

Ова Одлука се заједно са Записником о прегледу и оцјени понуда доставља понуђачима који су благовремено доставили понуду у поступку јавне набавке, сходно члану 71. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

V

Понуђач „Inel ВН“ д.о.о. Маглај, је уз понуду доставио Уговорном органу документе из члана 45. став (2) тачке а), б), ц) и д) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22) и документе из члана 47. став (1) тачка а) и тачка ц) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) који су захтијевани предметном тендерском документацијом и нема обавезу достављања додатне документације.

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о провођењу отвореног поступка јавне набавке број 4196/23 од 26.06.2023. године.

Уговор се додијелује добављачу на основу критеријума најнижа цијена понуде.

Процијењена вриједност набавке за Лот 3 је до 7.000,00 КМ (без ПДВ-а).

Уговорни орган је именовao Комисију за провођење отвореног поступка јавне набавке Рјешењем број 4196-РК/23 од 14.07.2023. године.

Обавјештење о набавци број 704-1-1-160-3-174/23 објављено на Порталу Агенције за јавне набавке БиХ 27.06.2023. године и у „Службеном гласнику БиХ“, број 46 од 30.06.2023. године.

Дана 17.07.2023. године у 12⁰⁰ часова Комисија за провођење предметног поступка јавне набавке извршила је јавно отварање понуда при чему је констатовано да су понуде у предвиђеном року за Лот 1 доставили следећи понуђачи:

Број лота	РБ	Назив понуђача	Цијена у КМ без ПДВ-а	Понуђени попуст
3.	1.	„Inel ВН“ д.о.о. Маглај	6.950,00	нема
	2.	„Emeding“ д.о.о. Сарајево	6.800,00	нема

Комисија је на затвореном састанку извршила преглед достављених понуда за Лот 3 и утврдила да је понуђач „Inel ВН“ д.о.о. Маглај доставио комплетну документацију која је захтијевана у Обавјештењу о набавци број 704-1-1-160-3-174/23 објављеном на Порталу јавних набавки БиХ 27.06.2023. године, „Службеном гласнику БиХ“, број 46 од 30.06.2023. године и предметној тендерској документацији број 4196/23 чиме је стекао статус квалификованог понуђача.

Комисија је извршила детаљан увид у понуде наведених понуђача те је увидом у каталоге утврђено је да у каталогу понуђача „Emeding“ д.о.о. Сарајево понуђена техничка спецификација за лабораторијски фрижидер не задовољава услове тражене техничком спецификацијом из предметне тендерске документације.

Предметном тендерском документацијом тражено је доказивање сваке минимално техничке карактеристике, док у каталогу који је доставио понуђач „ЕМединг“ д.о.о. Сарајево те карактеристике нису видљиве.

Између осалих карактеристика предметном тендерском документацијом за Лот 3 је тражено:

- еколошко ЛЕД освјетљење (уштеда енергије до 70%) са аутоматским укључењем код отварања врата и мануелним прекидачем на контролној плочи - у каталогу није видљиво аутоматско укључење код отварања врата и мануелни прекидач на контролној плочи.
- микропроцесорска контролна плоча са LCD touch screen дисплејом (минимално 4.3“) и типковним командама – типковне команде нису видљиве у каталогу, те је тражено на дисплеју приказ статус back-up батерије – ова карактеристика такође није видљива из каталога,
- приказ температуре у реалном времену помоћу температурног графикона (минимално 600 мин.) – није видљиво испуњење од минимално 600 мин.
- дигитална калибрација сонди – није видљиво,
- аудио-визуелни аларм: који поред осталог наведеног треба да показује и оштећена или слаба/празна батерија, амбијентални услови – није видљиво

- интегрисан data logger за похрану података о температури и свим алармима регистрованим током рада уређаја – похрана података о свим алармима регистрованим током рада није видљива из каталога.

На основу свега горе наведеног, понуђач „Emeding“ д.о.о. Сарајево је доставио комплетну документацију која је захтјевана у Обавјештењу о набавци број 704-1-1-160-3-174/23 објављеном на Порталу јавних набавки БиХ 27.06.2023. године, „Службеном гласнику БиХ“, број 46 од 30.06.2023. године и предметној тендерској документацији број 4196/23, али је понуда наведеног понуђача неправилна зато што не испуњава захтјеве Уговорног органа у погледу техничке спецификације, те наведени понуђач није стекао статус квалификованог понуђача.

На истом састанку извршена је рачунска провјера финансијског дијела прихватљиве понуде и констатовано је да понуда не садрже аритметичке грешке.

Обзиром да је у предметном поступку јавне набавке, достављена само једна прихватљива понуда за Лот 3, у складу са чланом 66. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и број 59/22) и чланом 17. Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда („Службени гласник БиХ“, број 90/14), није вршена провјера неприродно ниске цијене.

Предметним поступком је предвиђена Е-аукција, али узимајући у обзир да је за Лот 3 достављена само једна прихватљива понуда Уговорни орган неће заказивати Е-аукцију, у складу са чланом 3. став (3) Правилника о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“, број 66/16). Поступак јавне набавке се окончава у складу са чланом 69. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и број 59/22).

Комисија за јавне набавке Уговорног органа је након завршеног прегледа и оцјене понуде дала препоруку директору Уговорног органа да се у предметном поступку јавне набавке уговор за Лот 3 – Лабораторијски фрижидер додијели понуђачу „Inel ВН“ д.о.о. Маглај.

Имајући у виду горе наведено директор Уговорног органа је прихватио препоруку Комисије за јавне набавке и донио одлуку као у диспозитиву.

Поука о правном лијеку:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине или подзаконских аката донесених на основу Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, има право изјавити жалбу на поступак. Жалба се изјављује на начин и у форми прописано члановима 99. и 101. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

Достављено:

1. „Inel ВН“ д.о.о. Маглај
2. „Emeding“ д.о.о. Сарајево
3. Тендерска документација
4. Главни информатичар
(за WEB страницу Болнице) – ел. пошта
5. Архива

Директор

Младен Гајић, мр економије

